

AOPコード表

形式	コード							内容
	フランジ規格	呼び径	プレート材質	板厚	タップ方式	表面処理	付加仕様	
AOP								オリフィスプレート
注1	J02							JIS2Kフランジ
	J05							JIS5Kフランジ
	J10							JIS10Kフランジ
	J20							JIS20Kフランジ
	J30							JIS30Kフランジ
	J40							JIS40Kフランジ
	J63							JIS63Kフランジ
	A15							ANSI150Lbフランジ
	A30							ANSI300Lbフランジ
	A40							ANSI400Lbフランジ
	A60							ANSI600Lbフランジ
	A90							ANSI900Lbフランジ
	AX							ANSI1500Lbフランジ
	AY							ANSI2500Lbフランジ
		※1						
		B						SUS304
		C						SUS316
		D						SUS304L
		E						SUS316L
		R						モネル
		S						ハステロイC
		Y						PVC
		T						チタン
		U						タンタル
		W						ガラス入りテフロン
		X1						その他特別材質
			A					弊社標準
			2					2mm
			3					3mm
			4					4mm
			5					5mm
			6					6mm
			8					8mm
			B					10mm
			C					15mm
			X2					その他
				V				縮流(ベナー)
				R				D-1/2D
				C				コーナー
				F				フランジ
				Q				四分円
				P				パイプタップ
				S				偏心
				T				欠円
				K				角型
					N			無し
					1			禁油処理
					2			禁油・禁水処理
						N		無し
						1		管F、B.N.P付属
						2		B.N.P付属
						3		パッキン付属
						4		差圧取出口(タップボス)
						X3		その他特別仕様

AOP形オリフィスフランジ手配時には、別紙「差圧式流量計検出端明細書」に必要事項をご記入の上、必ず添付して下さい。

【例】

JIS5Kフランジ, 300A, 材質SUS316
板厚5mm、D-1/2Dタップ、禁油処理
パッキン、差圧取出口付属
AOP-J05-300-C-5-R-1-3/4

【注記】

- フランジ規格がJPIの時は、AをPと変えてご指示下さい。
- 差圧取出口は15Aサイズ、取合Re1/2(メネジ)を標準といたします。それ以外の場合は別途ご相談下さい。
- コード表のX1～X3を選定の場合は、ご指示ください。

注2